



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, dn. 28.09.2018 r.

ZP.261.71.48.1.2018

**Uczestnicy postępowania
ZP-PN/48/18**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę **narzędzi endoskopowych i chirurgicznych** do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/48/18.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania nr 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 160 cm i 230 cm, średnica szczęk 1,8 mm, 2,4 mm i 2,8 mm, łyżeczki z pojedynczymi otworami w szczękach, pokryte tworzywem ograniczającym tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego, system wielokrotnych markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu na końcu proksymalnym i dystalnym, dwa rozmiary łyżeczek – owalne i owalne powiększone, pozostałe parametry jak w opisie.
Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 Zadania 1 dopuści zaoferowanie pętli owalnych o średnicy po otworzeniu 6,10, 15, 25 i 32 mm, heksagonalnych o średnicy po otworzeniu 10, 15, 25 i 32 mm, asymetrycznych (crescent) o średnicy po otworzeniu 15, 25 i 32 mm, osłonka wykonana z tworzywa zmniejszającego tarcie, wskazania do zimnej polipektomi ze względu na średnicę drutu pętli, pozostałe parametry jak w opisie.
Zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy Zamawiający w pozycji 3 Zadania 1 dopuści zaoferowanie igieł z mechanizmem pozwalającym na blokadę w dwóch położeniach, długość całkowita 180 cm i 230 cm, wewnętrzny kateter o przekroju okrągłym, pozostałe parametry jak w opisie.
Zamawiający nie dopuszcza.
4. Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania 1 dopuści zaoferowanie balonów o zmiennej średnicy w zakresie 8,5-12-15 ml i 12-15-18 ml, w komplecie trzy skalibrowane strzykawki, pozostałe parametry jak w opisie.
Zamawiający nie dopuszcza.
5. Czy Zamawiający w pozycji 5 Zadania 1 dopuści zaoferowanie stentu nitinolowego, średnica stentu 10 mm, długość 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 cm, średnica zestawu wprowadzającego 8 Fr, markery RTG i optyczne na zestawie wprowadzającym pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu, stenty w wersji całkowicie pokrywanej z pętlą do repozycji,

możliwość usunięcia stentu możliwość usunięcia stentów całkowicie pokrywanych w okresie 6-12 miesięcy po implantacji, pozostałe parametry jak w opisie.

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w pozycji 6 Zadania 1 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy roboczej 20 mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych 24-26 mm, zalecany przewodnik 0,035", nitka do repozycji przy stentach całkowicie pokrywanych, możliwość repozycji na zestawie do 80 %, możliwość usunięcia stentu całkowicie pokrywane w okresie do 4 tygodni po implantacji, pozostałe parametry jak w opisie.
Zamawiający nie dopuszcza.
7. Czy Zamawiający w pozycji 7 Zadania 1 dopuści zaoferowanie przewodników o długości końcówki 5 cm lub 7 cm po jednej stronie przewodnika, pozostałe parametry jak w opisie.
Zamawiający nie dopuszcza.
8. Czy Zamawiający w pozycji 9 Zadania 1 dopuści zaoferowanie cewnika dwukanałowego, końcówka prosta, długość 195 cm, średnica 6,5 Fr.
Zamawiający nie dopuszcza.
9. Czy Zamawiający w pozycji 10 Zadania 1 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o długości roboczej 195 cm.
Zamawiający nie dopuszcza.
10. Czy Zamawiający w pozycji 12 Zadania 1 dopuści zaoferowanie balonu o średnicy kateteru 7,5 Fr.
Zamawiający nie dopuszcza.
11. Czy Zamawiający w pozycji 14 Zadania 1 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 12 mm, długość 230 cm.
Zamawiający nie dopuszcza.
12. Czy Zamawiający w pozycji 15 Zadania 1 dopuści zaoferowanie zestawów z nylonową przewodnicą.
Zamawiający nie dopuszcza.
13. Czy Zamawiający w pozycji 16 Zadania 1 dopuści zaoferowanie siatek o rozmiarze 3 x 6 cm.
Zamawiający dopuszcza.
14. Czy Zamawiający w pozycji 17 Zadania 1 dopuści zaoferowanie ustników w rozmiarze 54 Fr i 65 Fr.
Zamawiający dopuszcza.
15. Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania 3 dopuści zaoferowanie papilotomu multifilament z opcją protekcji.
Zamawiający nie dopuszcza.
16. **Pakiet 1 Pozycja 17** – Czy Zamawiający dopuści ustnik jednorazowy do endoskopii ze średnicą otworu głównego 21-26,5mm z gumką?
Zamawiający dopuszcza.
17. **Pakiet 1 Pozycja 17** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 17 z pakietu 1 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.
Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 pozycja 3 – 1 opakowania, czyli 40 sztuk klipsów?
Zamawiający miał na myśli 1 op. czyli 40 szt.
19. Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 pozycja 8 - 1 opakowania, czyli 5 sztuk endolupów?
Zamawiający miał na myśli 1 op. czyli 5 szt.
20. Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycja 6 - 1 opakowania, czyli 10 sztuk filtrów do ssaka KV-5?
Zamawiający miał na myśli 1 op. czyli 10 szt. filtrów do ssaka KV-5.
21. dot. zapisów SIWZ, roz.I, p.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla narzędzi wielorazowego użytku do 12 miesięcy?
Zamawiający wyraża zgodę.
22. dot. zapisów SIWZ, roz. I, p.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by w dniu dostawy wyroby jałowe posiadały termin ważności nie krótszy niż 18 miesięcy?
Zamawiający wyraża zgodę.
23. dot. zapisów SIWZ, rozdział II, p. 2: Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 3 dni **roboczych** (72 godziny w dni **robocze**)?
Zamawiający wyraża zgodę.
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §9 Umowy zapisu: „*W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w par 7 Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta.*” ?
Zamawiający dodaje zapis o w/w treści w § 8 projektu umowy, oznaczając go jako ust. 6.
25. Dot. zapisów SIWZ rozdział I, punkt 9.2, oraz wzoru umowy §6, ustęp 1, punkt 2: Prosimy o wykreślenie zapisu z SIWZ, rozdział I, punkt 9.2 oraz Umowy §6, ust. 1, punkt 2. „oznaczenie kodem *data matrix*” oraz pozostałych wymagań dotyczących narzędzi chirurgicznych. Zakres oferowany przez Dostawcę obejmuje **tylko narzędzia endoskopowe**. Oferowane narzędzia endoskopowe (...) oznakowane są logo firmy oraz nazwą narzędzia przez producenta, dodatkowo narzędzia wielorazowe posiadają oznaczenie kolorystyczne informujące o możliwości reprocessowania wg zaleceń określonych w instrukcji obsługi dołączonej do każdego narzędzia. Każde opakowanie narzędzia endoskopowego (...) oznaczone jest kodem GTIN/ GS128, pozwalającym na identyfikację produktu. Nie istnieje formalny wymóg oznaczenia powierzchni narzędzi endoskopowych dodatkowym "data matrix".
Zamawiający wyraża zgodę.
26. dot wzoru Umowy §3, ustęp 2: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 60 dni od daty dostarczenia faktury?
Zamawiający nie wyraża zgody.
27. dot wzoru Umowy §7, ustęp 1, pkt. 1) i 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej do wartości 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia. Proponowana kara w wysokości 20% jest rażąco wygórowana i może być zbyt wysoka do wysokości doznanej

szkody. Kara umowna jest bowiem substytutem odszkodowania, zastrzeżona w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zmienia zapisy § 7 ust. 1-3 projektu umowy w następujący sposób:

„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienie dostawy – w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż wartość danej dostawy;
- 2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę;
- 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% pozostałej do realizacji wartości brutto umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% pozostałej do realizacji wartości brutto umowy.”

Zaktualizowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania termin składania ofert został przesunięty na dzień 03.10.2018 r. do godz. 12:00.

Sekretarz
Komisji Przetargowej

KIEROWNIKA
Biura Zamówień Publicznych
Eliza Kruk
mgr Eliza Kruk