



**Uczestnicy postępowania
ZP-PN/51/18**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy środków sterylizujących do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/51/18.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 4

1. *Dot. poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 10 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza testy w opakowaniu po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.**

Zadanie nr 5

2. *Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści test w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza testy w opakowaniu po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.**
3. *Dot. poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszankę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
4. *Dot. poz. nr 2. Czy Zamawiający dopuści test w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza testy w opakowaniu po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.**
5. *Dot. poz. nr 2. Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy odpowiadały wymaganiom dla testów typu 6 wg PN-EN ISO 11140-1 w zakresie tolerancji na zmienne krytyczne procesu (czas i temperaturę). Norma ISO 11140-1 i wskazane w niej typy testów, dotyczą wyłącznie testów do procesu sterylizacji. Również określenie tolerancji na zmienne krytyczne jest wymogiem stawianym testom do kontroli procesu sterylizacji (zgodnie z normą ISO11140-1).*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający powołując się na zapis w normie ISO 11140-1, która określa wymagania ogólne i metody badania wskaźników chemicznych wymaga, aby wskaźnik umieszczony na podłożu reagował na wszystkie zmienne procesu tj. w tym przypadku czas i temperaturę. Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach wymaga określenia jego parametrów reagowania. Zamawiający nie określił w zadaniu, by testy dezynfekcji termicznej odpowiadały wymaganiom dla testów typ 6, a jedynie określił, aby tolerancja na parametry procesu (czas i temperatura) była zachowana i zgodna z normą PN-EN ISO 11140-1.**

Zadanie nr 6

6. Czy Zamawiający dopuszcza plomby plastikowe do kontenera sterylizujące pakowane po 1000 szt.?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza plomby plastikowe do kontenera sterylizujące pakowane po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zadanie nr 7

7. Dot. poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści test spełniający opis SIWZ w opakowaniach 240 szt. (podzielnych na 480 szt.), z odpowiednim przeliczeniem ilości?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza testy w opakowaniach 240 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zadanie nr 11

8. Dot. poz. nr 3. Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 125 mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza rękaw o szerokości 125 mm.
9. Dot. poz. nr 10. Czy Zamawiający dopuści papier w podanym rozmiarze w jednym kolorze białym lub zielonym?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza papier w kolorze zielonym.
10. Dot. poz. nr 1-7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednej próbki 1,5 m rękawa foliowo – papierowego dowolnego rozmiaru? Rękawy pochodzą od tego samego producenta różnią się jedynie rozmiarem, po dostarczeniu jednej próbki dowolnego rozmiaru Zamawiający jest w stanie potwierdzić spełnienie wymagań oferowanego asortymentu.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie jednej próbki 1,5 m rękawa foliowo-papierowego dowolnego rozmiaru.
11. Dot. poz. nr 8-10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednego arkusza jako próbki papieru krepowanego dowolnego rozmiaru? Papiery pochodzą od tego samego producenta różnią się jedynie rozmiarem, po dostarczeniu jednego arkusza jako próbki dowolnego rozmiaru Zamawiający jest w stanie potwierdzić spełnienie wymagań oferowanego asortymentu.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie jednego arkusza jako próbki papieru krepowanego dowolnego rozmiaru.
12. Dot. poz. nr 11-16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednej próbki 1,5 m rękawa dowolnego rozmiaru? Rękawy pochodzą od tego samego producenta różnią się jedynie rozmiarem, po dostarczeniu jednej próbki dowolnego rozmiaru Zamawiający jest w stanie potwierdzić spełnienie wymagań oferowanego asortymentu.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie jednej próbki 1,5 m rękawa dowolnego rozmiaru.
13. Dot. poz. nr 18-20. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednego arkusza włókniny dowolnego rozmiaru? Włókniny pochodzą od tego samego producenta różnią się jedynie rozmiarem, po dostarczeniu jednego arkusza dowolnego rozmiaru Zamawiający jest w stanie potwierdzić spełnienie wymagań oferowanego asortymentu.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie jednego arkusza próbki włókniny dowolnego rozmiaru.
14. Dot. wymagań dot. rękawów pkt 1, ppkt 7. Czy Zamawiający dopuści rękaw o temperaturze zgrzewu 170 – 210 °C?, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza rękaw o temperaturze zgrzewu 170–210 °C.

Dotyczy zapisów SIWZ

15. Dot. wzoru umowy §4, pkt 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na termin płatności do 60 dni od daty dostarczenia faktury?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
16. Dot. wzoru umowy §8, pkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy do "2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego



w niniejszej umowie dla danego asortymentu, nie więcej jednak niż wartość dostawy". Według Wykonawcy kara jest zbyt wygórowana.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Dot. wzoru umowy §8, ust. 1 ppkt 1 i 2. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ. Zmieniony Arkusz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z odpowiedziami na pytania został przesunięty termin składania ofert na 16.11.2018 r. do godz. 12:00.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK
STERYLIZATORNI
Katarzyna Cynk