



**Uczestnicy postępowania
ZP-PN/56/18**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, wraz z dzierżawą analizatora.

Znak sprawy: ZP-PN/56/18.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1,2,3,4 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów łącznych w formie panelu duo: identyfikacja+lekowrażliwości w ilości:
 - dla pozycji 1 i 2 : 80% paneli łączonych do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii tlenowych Gram-dodatnich
 - dla pozycji 3 i 4 : 80% paneli łączonych do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii tlenowych Gram-ujemnych?

Proponowane rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie znacznej redukcji kosztów badań w przypadku wykonania pełnego badania identyfikacji oraz lekowrażliwości dla danego pacjenta, jednocześnie pozwoli również na zwiększenie standaryzacji, oraz wiarygodności wyniku badania (testy do identyfikacji i lekowrażliwości wykonywane będą z tych samych kolonii bakteryjnych – materiału użytego do badania).

Jednocześnie zwracam się z prośbą do Zamawiającego o możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o dodatkowe wiersze umożliwiające wycenę tych testów.

 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na wykreslenie pozycji 13” Szybki test do wykrywania szczepów bakterii opornych na karbapenemy” w przypadku gdy zostaną zaoferowane panele do lekowrażliwości dla bakterii Gram-ujemnych wraz z wykrywaniem i określeniem klas karbapenemaz w pozycji 4 ? Zastosowanie panelu podającego jednocześnie wynik wrażliwości na poszczególne antybiotyki i klasę karbapenemazy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze bo nie wymaga zastosowania dodatkowej metody.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wymaga testów manualnych i automatycznych do lekowrażliwości zgodnych z wytycznymi EUCAST 2018 ?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza testy manualne i automatyczne do lekowrażliwości zgodne z wytycznymi EUCAST i CLSI.**
4. Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający zgodzi się na wycenę w pozycji 17 jednego rodzaju końcówek jałowych do pipet o pojemności 200 ul, jeżeli metodyka producenta wymaga użycia tylko jednego rodzaju końcówek a w pozycji 18 zgodzi się na zapis :nie dotyczy ?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na wycenę w pozycji 17 jednego rodzaju końcówek jałowych do pipet o pojemności 200 ul, jeżeli metodyka producenta wymaga użycia tylko jednego rodzaju końcówek a w pozycji 18 na zapis :nie dotyczy.**
5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 zgodzi się na przeprowadzenie kwalifikacji OQ aparatu w siedzibie zamawiającego ?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na przeprowadzenie kwalifikacji OQ aparatu w siedzibie Zamawiającego.**

6. Czy Zamawiający w związku z koniecznością przeprowadzenia kwalifikacji OQ, PQ i IQ przy aparacie przez producenta zgodzi się na osobną wycenę usługi poprzez rozszerzenie tabelki asortymentowo-cenowej o jeden wiersz pod dzierżawą aparatu?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o jeden wiersz pod dzierżawą aparatu.**
7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 20 dopuści możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo – cenowej w zakresie części zużywalnych oraz elementów niezbędnych do bieżącej pracy, konserwacji oraz wykonania testów o elementy wymagane przez danego producenta, korespondujące z ilością wyspecyfikowanych testów w tabeli asortymentowo – cenowej oraz zabezpieczające możliwość wykonania odpowiednich badań w trakcie trwania umowy.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Dotyczy zapisów SIWZ

8. Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności za dostawy sukcesywne do 60 dni.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
9. Dotyczy §6 ust. 3 pkt. 8 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia aparatury zastępczej w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni do 5 dni roboczych. Uzasadnienie: proponowane przez Wykonawcę wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego równe jest z terminem naprawy gwarancyjnej i ujednotacza zapisy umowy.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
10. Dotyczy §11 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Uzasadnienie: Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w żadnym wypadku proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionej korzyści dla Zamawiającego. Przy pozostawieniu zapisów bez zmian pięciodniowa zwłoka w dostawie powodowałaby zapłatę kary w wysokości 100% wartości zamówienia. Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób rażący naruszałoby więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
11. Dotyczy Rozdziału IV ust. 4 pkt. 1 a) SIWZ. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenie certyfikatu producenta w zamian za dopuszczenie oświadczenia Wykonawcy dla odczynników nie posiadających w składzie substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
12. Dotyczy §5 pkt. 4 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, chyba, że opóźnienie w spłacie przekroczy 45 dni.”
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
13. Prosimy Zamawiającego o ujednoczenie zapisów SIWZ rozdział IV pkt 4 ust. 1 litera a) „W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych w punkcie 1). W wyżej wymienionym przypadku Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie” a załącznikiem nr 5a poz. 21 „, Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych”. Prosimy o zmianę zapisu z załącznika nr 5a poz. 21 na zapis, który jest w SIWZ rozdział IV pkt 4 ust. 1 litera a).
 - **Komisja Przetargowa informuje, że zmodyfikowano Załącznik nr 5 w poz. nr 21.**

14. *Prosimy Zamawiającego o ujednoczenie zapisów wzoru umowy § 8 ust. 1 „, prawidłowy, zgodny z zaleceniami producenta, termin przydatności do użycia odczynników stanowiących przedmiot zamówienia, od 5 tygodni do 24 tygodni od daty dostarczenia” a załącznikiem nr 5a poz. 34 „, Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. Dopuszcza się do zaoferowania 4-7 miesięczny termin ważności”. Prosimy o zmianę zapisu załącznika nr 5a poz. 34 na zapis, który jest we wzorze umowy w § 8 ust. 1*
- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono zapisy §8 ust. 1 wzoru umowy na następujący: „1) prawidłowy, zgodny z zaleceniami producenta, termin przydatności do użycia odczynników stanowiących przedmiot zamówienia, od 5 tygodni do 24 tygodni od daty dostarczenia – dotyczy podłoży”, Termin od 5 tygodni do 24 tygodni dotyczy podłoży, termin min.6 miesięcy dotyczy odczynników.**
15. *Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §8 ust. 2 z wzoru umowy „, odczynniki i materiały kontrolne od jednego producenta”. Zapis ten w sposób dyskryminujący zawęży liczbę potencjalnych Wykonawców, co uniemożliwia zaoferowanie korzystnej oferty Zamawiającemu.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
16. *Dotyczy zapisów z Załącznika nr 4 do SIWZ - uwagi pkt. 2 oraz z Załącznika nr 5 do SIWZ - Wymagania graniczne pkt 40. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Kwalifikacja aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wymogami GMP dla przemysłu farmaceutycznego (IQ, OQ, PQ).”?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
17. *Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ Wymagania graniczne dot. oferowanego analizatora - pkt. 4. Komora inkubacyjna analizatora na 50-100 miejsc. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora o pojemności min 40 miejsc inkubacyjno – pomiarowych?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
18. *Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości tabela asortymentowo- cenowa. Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji. Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji tabeli asortymentowo – cenowej w zakresie części zużywalnych oraz elementów niezbędnych do bieżącej pracy, konserwacji oraz wykonania testów o elementy wymagane przez danego producenta, korespondujące z ilością wyspecyfikowanych testów w tabeli asortymentowo – cenowej oraz zabezpieczające możliwość wykonania odpowiednich badań w trakcie trwania umowy?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża na powyższe zgodę.**
19. *Dotyczy wzoru umowy: W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”*
- **Komisja Przetargowa informuje, że określa zapotrzebowanie w skali okresu obowiązywania umowy. Ponadto Zamawiający w §1 ust. 4 wzoru umowy zastrzega wykorzystanie umowy w min. 80%. Tym samym podtrzymuje się zapisy SIWZ w kwestii wprowadzenia do wzoru umowy dodatkowego proponowanego zapisu.**
20. *Dotyczy § 5 ust. 4 wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 5 ust. 4 mówiącego o nie wstrzymywaniu dostaw w razie zaległości płatniczych Zamawiającego. Zapis taki sprzeczny jest z art. 14 ustawy (art. 353 ze znacznikiem 1, art. 552 kodeksu cywilnego). Zamawiający dokonał ograniczenia praw. Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązani Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie realizować kolejne zamówienia, mimo, że za poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

21. Dotyczy § 5 ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację wzoru umowy w § 5 ust. 4 umożliwiającym Zamawiającemu wstrzymanie dostaw w przypadku występowania faktur o przeterminowaniu większym niż 30 dni w/s do daty wymagalności zapłaty?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
22. Dotyczy § 5 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 5 ust. 5 poprzez zmianę odsetek ustawowych na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle tejże ustawy odsetki powinny być w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
23. Dotyczy § 11 ust. 1 wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 wzoru umowy, na poniższe: za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy - w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 2, nie więcej jednak niż wartość dostawy.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
24. Dot. Załącznik nr 5a „Parametry Wymagane”, pkt. 36 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki zostały dołączone na płycie CD i odstąpi od ponownego ich dostarczenia do pierwszej dostawy jeśli będą dostępne do samodzielnego pobrania ze strony www oferenta?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aby metodyki zostały dołączone na płycie CD i odstąpi od ponownego ich dostarczenia do pierwszej dostawy jeśli będą dostępne do samodzielnego pobrania ze strony www oferenta .**
25. Załącznik nr 5 do SIWZ – czy dokumenty wymienione w pkt. 24, 25, 27, 28 i 35 należy dołączyć do oferty przed upływem terminu składania, czy na wezwanie Zamawiającego, gdzie przesyłane dokumenty również stanowią ofertę?
- **Komisja Przetargowa informuje, że ww. dokumenty należy dołączyć do oferty przed terminem jej składania.**
26. Załącznik nr 3a, §6 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada danego asortymentu, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednik o parametrach nie gorszych niż asortyment objęty zamówieniem po cenie nie wyższej niż obowiązująca cena przetargowa. Jeżeli Wykonawca nie posiada odpowiedniego asortymentu jest zobowiązany zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie trzech dni a następnie obowiązany jest zwrócić różnicę cen, jeżeli zamawiany asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego u innego dostawcy.”?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
27. Załącznik nr 3a, §11 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy - w wysokości 4% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 2, nie więcej jednak niż wartość dostawy.”?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
28. Załącznik nr 3a, §11 ust. 1 pkt 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 2, nie więcej jednak niż wartość dostawy?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
29. Załącznik nr 3a, §11 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
30. Załącznik nr 3b, §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego na: „Niniejsza umowa o obowiązuje od dnia r. do czasu obowiązywania Umowy Głównej.”?
- **Komisja Przetargowa informuje, że usunięto zapis §2 ust. 3 Załącznika nr 3b.**

31. Załącznik nr 5, pkt. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od parametru wymaganego „Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta” jeżeli aparat posiada tabliczkę znamionową z typem aparatu i numerem seryjnym, i jest obecnie aparatem użytkowanym przez Zamawiającego?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
32. Czy jeżeli Zamawiający nie odstąpi od w/w Parametru Wymaganego, to czy wyrazi zgodę na dokument w którym (...) potwierdza datę produkcji aparatu, oraz serię i numer?
- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na dokument w którym Wykonawca potwierdza datę produkcji aparatu, oraz serię i numer.**
33. W punkcie 16 - 19 formularza asortymentowo-cenowego Zamawiający nie określił ilości. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ilości produktów wymaganej do wykonania wszystkich testów na czas 36 miesięcy?
- **Komisja Przetargowa informuje, że wymagane dla powyższych punktów ilości winny pokrywać zapotrzebowanie na okres 36 miesięcy.**
34. Czy Zamawiający wymaga aby napelnianie testów odbywało się na pokładzie aparatu, bez udziału użytkownika co zwiększy bezpieczeństwo personelu?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ – zgodnie z zapisami pkt 2 Warunków granicznych.**
35. Czy Zamawiający wymaga aby aparat usuwał zużyte testy automatycznie?
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
36. Czy Zamawiający wymaga w punkcie 31 Parametrów Wymaganych, aby wykrywanie karbapenemaz u *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas* i *Acinetobacter* było potwierdzone w instrukcji używania producenta, którą należy dołączyć do oferty?
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie wymaga ale dopuszcza aby wykrywanie karbapenemaz u *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas* i *Acinetobacter* było potwierdzone w instrukcji używania producenta, którą należy dołączyć do oferty .**
37. Załącznik nr 5 - Czy Zamawiający wymaga w punkcie 31 Parametrów Wymaganych, aby testy do wykrywania karbapenemaz u *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas* i *Acinetobacter* posiadały kontrolę ujemną i były kompletne?
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie wymaga ale dopuszcza aby testy do wykrywania karbapenemaz u *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas* i *Acinetobacter* posiadały kontrolę ujemną i były kompletne.**
38. Czy Zamawiający w przypadku Caspofunginy, Micafunginy oraz Voriconazolu zawartych na karcie do oznaczania lekowrażliwości dla grzybów odstąpi od wymogu zgodności z systemem EUCAST i wyrazi zgodę na zgodność z zaleceniami innych systemów europejskich i światowych np. CLSI?
- **Komisja Przetargowa informuje, że usunięto pkt 7 Arkusza asortymentowo-cenowego.**
39. Załącznik nr 5 - Czy Zamawiający wymaga w p. 23 Parametrów Wymaganych, aby wszystkie testy do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości były rozdzielne i pakowane indywidualnie? Uzasadnienie: W ofercie wszystkich oferentów znajdują się testy spełniające powyższy wymóg.
- **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga aby wszystkie testy (o których mowa w pkt 23) do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości były rozdzielne i pakowane indywidualnie.**
40. Załącznik nr 5 - W związku z faktem, iż punkty 7 Parametrów Wymaganych oraz 41 Parametrów Ocenianych są tożsame, zwracamy się z prośbą o wykreślenie parametru ocenianego, gdyż nie spełnienie wymogu z punktu 7 automatycznie wyklucza ofertę.
- **Komisja Przetargowa informuje, że usunięto pkt 7 Warunków granicznych .**
41. Załącznik nr 5 - Dotyczy punktów 24 i 26 Parametrów Wymaganych - Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku zaoferowania „systemu w których panele do identyfikacji pracujący w oparciu o min. 22-27 cech biochemicznych w metodzie dołków z bulionem gdzie wynik wywołany jest po przez reakcje barwną na świeżym szczepie daje możliwość określenia precyzyjnej identyfikacji drobnoustrojów z możliwością wydłużenia inkubacji dla szczepów wolno i trudno rosnących,, muszą być dołączone wykazy – listy identyfikowanych drobnoustrojów, analogicznie jak w

przypadku „Testów do identyfikacji bakterii tlenowych Gram dodatnich i Gram ujemnych - do automatycznego odczytu, minimum 40 cech biochemicznych wraz z interpretacją wyniku”

- Komisja Przetargowa informuje, że wymaga aby w przypadku zaoferowania „systemu w których panele do identyfikacji pracujący w oparciu o min. 22-27 cech biochemicznych w metodzie dołków z bulionem gdzie wynik wywołany jest po przez reakcje barwną na świeżym szczepie daje możliwość określenia precyzyjnej identyfikacji drobnoustrojów z możliwością wydłużenia inkubacji dla szczepów wolno i trudno rosnących,„ były dołączone wykazy – listy identyfikowanych drobnoustrojów, analogicznie jak w przypadku „Testów do identyfikacji bakterii tlenowych Gram dodatnich i Gram ujemnych - do automatycznego odczytu, minimum 40 cech biochemicznych wraz z interpretacją wyniku.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w treści SIWZ, Arkusza asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz Warunkach granicznych – Załącznik nr 5 do SIWZ. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Laboratorium Mikrobiologicznego

mgr Łukasz Ciaś

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Leszek Kaiser

„A”