



Uczestnicy postępowania ZP-PN/05/19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do Laboratorium Mikrobiologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/05/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści aparat do automatycznego barwienia metodą Grama, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 roku?
 - Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania aparat do automatycznego barwienia metodą Grama, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r.
2. Czy Zamawiający zgodnie z obowiązującym prawem, wymaga dostarczenia dokumentacji przedmiotowej z rozdziału IV punkt 4 na wezwanie, tylko od Wykonawcy, który zostanie oceniony najwyżej? Uzasadnienie: Zamawiający zgodnie z nowelizacją ustawy PZP nie ma prawa żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków na pierwszym etapie. Co do zasady, Zamawiający nie może żądać złożenia dokumentów na wcześniejszym etapie, jeśli szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od progów unijnych, wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów ma charakter fakultatywny. Zamawiający w pierwszym rzędzie opiera się na wstępnym oświadczeniu wykonawcy. W myśl art. 25a ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wezwanie do złożenia dokumentów zamawiający kieruje do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, a więc jeszcze przed jej ostatecznym wyborem jako najkorzystniejszej.
 - Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono treść zapisów Rozdziału IV ust. 4 oraz 5 SIWZ na następujące: „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5 żąda dostarczenia następujących dokumentów:”; „Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 4, będą dostarczone przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego. W wezwaniu oznaczony będzie termin na ich złożenie, nie krótszy niż 5 dni. Dokumenty będą aktualne na dzień ich złożenia.”
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i dokładnego opisu przedmiotu zamówienia, instrukcji, ulotek w języku polskim, jeśli Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której wymagane dokumenty będą dostępne dla Zamawiającego całodobowo oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy projektu umowy §2 ust. 15 i 16? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne w języku polskim, aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, deklaracje zgodności dostępne dla Zamawiającego całodobowo
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w punktach 1,2,3 ilość wymaganych odczynników do wykonania preparatów 150-250 przewidziana jest na 1 miesiąc?
 - Komisja Przetargowa informuje, że ilość wymaganych odczynników do wykonania preparatów 150-250 jest przewidziana na 1 miesiąc.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w p.1, 2 i 3 w ilości potrzebnej na czas związania ofertą czyli 36 miesięcy, tak aby w pełni zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie aparatu w ilości 150-250 preparatów na miesiąc oraz wycenić poszczególne odczynniki w kolejnych wierszach w formularzu cenowym?
 - Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników w p. 1, 2 i 3 w ilości potrzebnej na czas związania ofertą czyli 36 miesięcy, tak aby w pełni zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie aparatu w ilości 150-250 preparatów na miesiąc oraz wycenę poszczególnych odczynników w kolejnych wierszach w formularzu cenowym.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora fabrycznie nowego z 2018 roku i zapewnienie jednego bezpłatnego przeglądu serwisowego w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy projektu umowy §4 ust. 3 punkt 5? Aparaty zamawiane od producenta na początku roku kalendarzowego mają rok produkcji 2018 mimo, jednakże są to aparaty w pełni sprawne /fabrycznie nowe sprowadzane bezpośrednio z fabryki producenta i zgodnie z zaleceniami producenta przegląd jest dokonywany raz na rok.
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 3 miesiące oraz odpowiednio zmodyfikuje zapisy projektu umowy §2 ust. 10?
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do barwienia natryskowego, który z racji swojej budowy wymaga do funkcjonowania zastosowania wody destylowanej, bądź dejonizowanej i tym samym odstąpi od wymogu: „Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów” oraz wymogu „Aparat wyposażony w filtr węglowy” ze względu na fakt, iż przy zastosowaniu wody destylowanej, bądź dejonizowanej nie jest potrzebny filtr węglowy w aparacie do barwienia, co w procesie 36 miesięcznego użytkowania przekłada się na znaczną oszczędność kosztów eksploatacyjnych?
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do barwienia w zestawach z wyłączeniem alkoholu z racji tego, iż Wykonawca nie posiada koncesji na sprzedaż alkoholu?
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki z odczynnikami do barwienia były przez cały czas zamknięte, również w trakcie prac aparatu, co zdecydowanie przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ilości uwalnianych toksycznych związków lotnych?
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Czy Zamawiający wymaga metody natryskowej barwienia preparatów?
 - Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu ww. zakresie.
12. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do barwienia posiadał możliwość rozbudowy o cytowirówkę?
 - Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, który składa się z dwóch głównych części: modułu barwiącego oraz magazynku na reagenty? Wszystkie odczynniki są szczelnie zamknięte i połączone modulem barwiącym za pomocą wężyków.
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, którego czas barwienia wynosi od 10 do 13 minut?
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Czy zamawiający odstąpi od wymogu filtra węglowego w aparacie, gdyż nie jest on potrzebny w zastosowanej innej, nowszej technologii, gdzie odczynniki nie są w otwartych pojemnikach, a w szczelnie zakręconych?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konieczność używania wody destylowanej do płukania, ze względu na różną twardość wody w różnych ujęciach i braku możliwości weryfikacji jej parametrów przez producenta urządzenia?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
17. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sygnalizacji poziomu wody i odpadów, przy zachowanej sygnalizacji poziomu barwników?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
18. Czy Zamawiający dopuści aparat bez sygnalizacji ważności odczynników oraz wykonanych barwień, ze względu na długi termin ważności odczynników (ponad 12 miesięcy) oraz braku ograniczeń ilości barwień w określonym czasie?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
19. Czy Zamawiający może doprecyzować wymaganą ilość odczynników? 150-200 opakowań, ml czy oznaczeń?
- Komisja Przetargowa informuje, że wymagana ilość odczynników (150-200) dotyczy ilości preparatów.

Zadanie nr 2

20. Czy Zamawiający w pozycji nr 1-5, 7-20 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży, które nie są przeznaczone tylko do diagnostyki in Vitro w związku z tym nie istnieje obowiązek ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?
- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży, które nie są przeznaczone tylko do diagnostyki in Vitro j.w. Zgodnie z Farmakopeą Polską.
21. Czy Zamawiający w pozycji nr 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża bulion Mac Conkey'a 100ml w butelce 150ml?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
22. Czy Zamawiający w pozycji nr 8, 22, 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w poz. nr 8, 22, 27 zaoferowanie produktów z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy.
23. Czy Zamawiający w pozycji nr 37 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności 45 dni od daty produkcji i minimum 5 tygodni od daty dostawy?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w pozycji nr 37 zaoferowanie podłoża z terminem ważności 45 dni od daty produkcji i minimum 5 tygodni od daty dostawy.
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza aby certyfikaty kontroli jakości podłoży nie były dostarczane z każdą partią produktów, lecz udostępniane na stronie www.

Dot. zapisów SIWZ

25. Dot. zapisów Załącznika nr 3. (§ 9 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że


„A”

w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkalkuluje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.

26. Dot. zapisów Załącznika nr 3. (§ 9 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkalkuluje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.
27. Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę.
- Komisja Przetargowa informuje, że w §4 ust. 6 dodał następujący zapis: „Zamawiający zobowiązuje się w terminie 30 dni od dostawy analizatora do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru, oraz dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na Wykonawcę.”
28. SIWZ rozdział IV punkt 4 podpunkt 1 i 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
29. SIWZ rozdział IV punkt 4 podpunkt 1 i 2. W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?
- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.
30. Dot. zapisów Załącznika nr 3. §3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Warunki płatności: cena do zapłaty za dzierżawę analizatora stanowiącego przedmiot zamówienia będzie płatna w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Pierwsza płatność nastąpi od miesiąca następnego po miesiącu od uruchomienia wydzierżawionego analizatora. Cena do zapłaty za odczynniki objęte dostawą sukcesywną, wynikać będzie z każdorazowo dostarczonej do siedziby Zamawiającego wraz z przedmiotem zamówienia faktury. W przypadku Wykonawców, którzy nie mają możliwości dostarczenia faktury wraz z realizowanym zamówieniem Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej (format PDF) na adres email: w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy. Termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia faktury.”?



..A”

Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych oraz przeniesienie magazynu Wykonawca nie ma możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca każdorazowo dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy/ serię i datę ważności. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawienia faktury w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego oraz do jej niezwłocznego dostarczenia (wedle wyboru Zamawiającego) za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub w formacie PDF za pośrednictwem drogi elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email. Mając powyższe na uwadze Wykonawca prosi o przychylnie rozpatrzenie pytania.

- Komisja Przetargowa informuje, że zmienił zapis Wzoru umowy – Załącznik nr 3, §3 ust. 3 na następujący: „Warunki płatności: cena do zapłaty za dzierżawę analizatora stanowiącego przedmiot zamówienia będzie płatna w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Pierwsza płatność nastąpi od miesiąca następnego po miesiącu od uruchomienia wydzierżawionego analizatora. Cena do zapłaty za odczynniki objęte dostawą sukcesywną, wynikać będzie z każdorazowo dostarczonej do siedziby Zamawiającego wraz z przedmiotem zamówienia faktury. W przypadku Wykonawców, którzy nie mają możliwości dostarczenia faktury wraz z realizowanym zamówieniem Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego. Termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia faktury.”
31. Dot. zapisów Załącznika nr 3. §4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku wad jakościowych odczynników Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku niekompletności analizatora – usunięcia braków wyposażenia w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia na piśmie.”? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie wskazanych przez Zamawiającego terminów.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
32. Dot. zapisów Załącznika nr 3. §9 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy - w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 2, nie więcej jednak niż wartość dostawy.”?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkalkuluje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.
33. Dot. zapisów Załącznika nr 3. §9 ust. 1 pkt 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 6% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 2, nie więcej jednak niż wartość dostawy?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ j.w.
34. §9 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu;”?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkałkuje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz Zestawieniu parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z odpowiedziami na pytania został przesunięty termin składania ofert na 14.02.2019 r. do godz. 12:00.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Laboratorium Mikrobiologicznego
mgr Dorota Niewolna
specjalista analityki klinicznej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

„A”

Leszek Kaiser