




### Uczestnicy postępowania ZP-PN/16/19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę implantów i worków do ewakuacji narządów do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku.  
Znak sprawy: ZP-PN/16/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

*Pytanie 1: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, zad. nr 3, poz. 1:  
Prosimy o doprecyzowanie, czy przez sformułowanie „w polietylenowej rurce z wypychaczem”  
Zamawiający rozumie trzypięścieniowy ergonomiczny uchwyt (trzy pełne oringi), pozostałe parametry  
zgodne z SIWZ.*



- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga zaoferowania uchwytu z dwoma półpięścieniami.**

*Pytanie 2: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, zad. nr 3, poz. 1:  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokiej jakości worków do ewakuacji narządów z pamięcią kształtu otwarcia, nie przepuszczających płynów o pojemności 200ml, średnicy 80mm, dł. 200mm do trokara 10mm, rozmiar kodowany kolorystycznie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 3: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

*Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.**

Pytanie 4: Dotyczy Wzoru umowy, §9, ust. 1:

1. Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww ust w następujący sposób:

Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1% wartości netto wyrobów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki;
- 2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu;
- 3) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto zamówienia.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, zad. nr 3, poz. 1:

Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka ekstrakcyjnego poliuretanowego jednorazowego do usuwania narzędzi metodą laparoskopową, średnica trzonu 10 mm, długość trzonu 29 cm, pojemność 200ml, o wymiarach 6,5 cm x 15 cm z pełną metalową samorozprężalną obręczą, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

~~lek. inżynier Włodzisław  
specjalista ortopedii  
i traumatologii narządu ruchu  
6760566~~