



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, dn. 08.04.2019 r.

ZP.261.13.2.2019

**Uczestnicy postępowania
ZP-PN/09/19**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/09/19.**

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

ZADANIE NR 1 – KARDIOMONITOR szt. 2

Ad. pkt 7. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem 120 godzin trendów wszystkich parametrów przy rozdzielczości 1 minuty?

Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 4 - APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Z KARDIOMONITOREM

Ad. pkt 35. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z regulacją częstości oddechu od 4 do 100 odd./min?

Zamawiający dopuszcza (str. 6 wyjaśnień z dnia 05.04.2019 r.)

Ad. pkt 103. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z kardiomonitorem w którym dokładność pomiaru NIBP jest ± 5 mmHg?

Zamawiający dopuszcza. (str. 8 wyjaśnień z dnia 05.04.2019 r.)

ZADANIE NR 5 PULSOKSYMETR szt. 2

Ad. pkt 3. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z zakresem granic alarmowych SpO₂ regulowanym w zakresie 50-100%? Ustawianie granic alarmowych SpO₂ poniżej 50% jest klinicznie nieuzasadnione, oraz może być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta

Zamawiający dopuszcza.



ZADANIE NR 7:

Prosimy o wydzielenie z zadania nr 7 pozycji nr 4 - Aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, do oddzielnego zadania, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Zamawiający wydzielił pozycję nr 4 do osobnego zadania wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 05.04.2019 r.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w załączniku nr 4A i 4E do SIWZ. Zmienione załączniki zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

P.O. KIEROWNIKA
Dział Zamówień Publicznych
Eliza Kruk
mgr Eliza Kruk