



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Lębork, dn. 21.05.2019 r.

ZP.261.37.1.2019
ZP-PN/21/2019

Uczestnicy postępowania ZP-PN/21/19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych, zestawów do podciśnieniowej terapii leczenia ran, pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych oraz chusteczek z balsamem do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/21/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Zadanie 13

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 13 do odrębnego pakietu pozycję 3?

ODP: Zamawiający nie wyłączy poz. 3 z Zadania 13 do odrębnego zadania, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości.

3. Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 3,42g?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Zadanie 1, pozycja 5, 6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby serwety poddane były wstępnemu praniu.

ODP: Zamawiający nie odstąpi od wymogu, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x70cm?

ODP: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga „Serwety operacyjnej niejałowej 17 nitek 4 warstwy z nitką RTG i z tasiemką, poddanej wstępnemu praniu jako gotowy produkt, rozmiar 45 x 70 cm (+/-10 %), kl. II a reguła 7”

6. Zadanie 4, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści opaski, podgipsowe które można sterylizować tylko radiacyjnie lub tlenkiem etylenu?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Zadanie 5, pozycja 3-4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wydzieli pozycji do odrębnego pakietu.

8. Zadanie 7, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści przecięcie wzdłuż dłuższego boku?

ODP: Zamawiający nie dopuści, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

10. Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyklepic na tkaninie pakowany a'6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Zadanie 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP: Zamawiający wymaga podanie ceny za 1szt.

12. Zadanie nr 1

Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej niejałowej 75 x 75 cm 17N, 2W? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

ODP: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety operacyjnej niejałowej 75 x 75 cm 17N, 2W. Pozostałe parametry serwety bez zmian.

13. Zadanie nr 4

Poz. nr 1-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry opasek bez zmian.

ODP: Zamawiający dopuszcza, możliwość zaoferowania opasek elastycznych o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym. Pozostałe parametry opasek bez zmian. Prosząc o zachowanie ilości zgodnie z SIWZ.

Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty pod opaski gipsowe w rozmiarze 25 cm x 3m? Pozostałe parametry opaski bez zmian.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. nr 7 i 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty pod opaski gipsowe z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Zadanie nr 8

Poz. nr 2- czy Zamawiający wymaga, aby plastry jałowe pod wenflon miały dodatkowy element wchłaniający w rozmiarze min. 2,5 x 2 cm?

ODP: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby plastry jałowe pod wenflon miały dodatkowy element wchłaniający w rozmiarze min. 2,5 x 2 cm.

15. Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 do odrębnego zadania? Zgoda na powyższe umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawców co bezpośrednio ma wpływ na korzystniejsze warunki zakupu dla Zamawiającego.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Zadanie nr 7 poz. 1 do 5

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia „(...) z przecięciem wzdłuż krótszego boku.” – ma na myśli nacięcie papieru ochronnego?

ODP: Tak, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia „(...) z przecięciem wzdłuż krótszego boku.” – ma na myśli nacięcie papieru ochronnego.

17. Zadanie nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra opatrunkowego na włókninie w wymiarze 6cm x 1m ?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Zadanie nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 do odrębnego zadania? Zgoda na powyższe umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawców co bezpośrednio ma wpływ na korzystniejsze warunki zakupu dla Zamawiającego.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Zadanie nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku jałowego w wymiarze 7 cm x 5 cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku jałowego w wymiarze 7 cm x 5 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

20. Zadanie nr 4, pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyściółki pod opaski gipsowe w rozmiarze 20 cm x 2,7 m.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Zadanie nr 4, pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyściółki pod opaski gipsowe w rozmiarze 15 cm x 2,7 m.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. Zadanie nr 5, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowej elastycznej siatki opatrunkowej podtrzymującej o długości 25 m w stanie rozciągniętym o szerokości 7,0-9,5 cm z przeznaczeniem na UDO-GŁOWA-BIODRO.

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Zadanie nr 5, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowej elastycznej siatki opatrunkowej podtrzymującej o długości 25 m w stanie rozciągniętym o szerokości 10,0-13,5 cm z przeznaczeniem na UDO-GŁOWA-BIODRO.

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. Zadanie nr 5, pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5x12 cm lub 10x20 cm.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. Zadanie nr 8, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga 1000 op. (6 pasków) czy 1000 szt. (pasków).

ODP: Zamawiający wymaga 1000 op. po 6 pasków w opakowaniu.

26. Zadanie nr 8, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny z opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

27. Zadanie nr 8, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

28. Zadanie nr 8, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny z opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

ODP: Zamawiający wymaga podanie ceny za 1 szt.

29. Zadanie nr 1 poz. 5, 6

Zamawiający wymaga serwety która powstała w konkretnym procesie technologicznym, co wskazuje na konkretnego producenta serwet gazowych. Farmakopea oraz Dyrektywa o WYROBACH MEDYCZNYCH 93/42 EEC. zawierają wytyczne dotyczące parametrów gazy z której wykonywane są opatrunki a nie proces technologiczny służący do wytwarzania opatrunków. Czy Zamawiający dopuści serwety zgodne z wymogami SIWZ, które są uszyte z gazy wstępnie pranej? Zamawiający wymaga serwet które były wyprane po uszyciu, po dopuszczeniu otrzyma serwety które są uszyte z gazy, która była poddana praniu. Finalnie jest to ten sam produkt.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

30. Zadanie nr 1 poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści serwety z bezpiecznie umieszczoną nitką RTG (przywiązana)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

31. Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne 2 warstwowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza serwety operacyjne 2 warstwowe. Pozostałe parametry serwety bez zmian.

32. Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne w rozmiarze 75x90 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

33. Zadanie nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z 2 zapinkami w rozm. 15 cm x 5 m? Dopuszczenie ww. rozmiaru pozwoli na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo.

Odp. Zamawiający dopuszcza (ilości zgodnie z SIWZ).

34. Zadanie nr 4 poz 1-6

Zamawiający oczekuje dołączenia kart danych technicznych zawierających m.in. informację potwierdzającą możliwość sterylizacji opasek elastycznych i dzianych parą wodną. Czy Zamawiający rozumie przez to, że zaoferowane opaski mają posiadać potwierdzenie w kartach danych technicznych, że po procesie sterylizacji nie tracą swoich właściwości tj. kolor oraz elastyczność? Pytanie jest uzasadnione, gdyż każde opaski można poddać procesowi sterylizacji, jednak nie wszystkie opaski po wysterylizowaniu zachowują elastyczność oraz kolor.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W wymaganych kartach Danych Technicznych dla pozycji 1-6 zad. 4 zamawiający oczekuje informacji potwierdzającej możliwość sterylizacji opasek dzianych i elastycznych parą wodną.

35. Zadanie 9 poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gipsu nawiniętego na plastikową tulejkę z otworami? Rozwiązanie to umożliwia namakanie także wewnętrznej warstwy opaski podczas namaczania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

36. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom

maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

37. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtkie jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

38. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 13, pozycja: 3): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm?

ODP: Zamawiający nie wymaga, w zadaniu chodzi o podkład chłonny o podanych wymiarach 60x90 i chłonności min. 1500 ml.

39. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 15, pozycja: 1): chusteczki oczyszczające, nawilżone specjalnymi delikatnymi substancjami, do praktycznego i szybkiego oczyszczania skóry, w opakowaniu wielokrotnego użytku, w rozmiarze 290 x 220 ml, pakowane a'80 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

ODP: Zamawiający dopuszcza chusteczki oczyszczające, nawilżone specjalnymi delikatnymi substancjami, do praktycznego i szybkiego oczyszczania skóry, w opakowaniu wielokrotnego użytku, w rozmiarze 290 x 220 ml, pakowane a'80 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym.

40. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 14; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – ze specjalnym wcięciem.

41. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 14; pozycja 1): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?

ODP: Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg.

42. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 14; pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 14; pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

44. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 14): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

ODP: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z § 4 ust. 6 i ust. 7 projektu umowy.

„W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada danego asortymentu w ramach trwania umowy przetargowej, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednik po obowiązującej cenie przetargowej lub zwrócić różnicę jeżeli dany asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego w innej hurtowni.

Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wprowadzeniu do obrotu odpowiednika wyrobu medycznego o lepszych, niż wyrób będący przedmiotem zamówienia, właściwościach jakościowych lub technicznych.”

2. Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (§2 ust. 2)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych, o których mowa w §7 ust. 1 pkt a) i b) do 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkalkuluje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.

4. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w § 7 ust. 2 wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkalkuluje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.

5. § 7, ust. 1 a) i b) - wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.

Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Zgodnie bowiem z art. 484 §2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. "Rażąco wygórowanie" jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej (B. Księżopolski, *Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie uspołecznionym*, PiP 1970, z. 3-4, s. 520). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2005, z. 7-8, poz. 97; P. Granecki, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2006, z. 1, poz. 2; K. Zagrobelny, glosa do wyroku SN z 23 marca 2006 r., IV CSK 89/05, OSP 2007, z. 6, poz. 66; wyrok SN z 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243; wyrok SN z 11 października 2007 r., IV CSK 181/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 48). Ze stanem "rażącego wygórowania" mamy do czynienia, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub

wykonana je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody. W ocenie wnioskodawcy zaistnienie takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione i zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku kilkudniowego opóźnienia narusza zasady i cel zastrzegania kar umownych i konsekwencji stanowi podstaw ę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych w zakresie:

a) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1% wartości brutto wyrobów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki.

b) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, tj. kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy ceną produktu u Wykonawcy,

ODP : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkalkuluje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ. Zmieniony Arkusz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Anna Betele
Anna Betele