



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.22.1.2019

Lębork, dn. 25.06.2019 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/13/19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników do Laboratorium Analitycznego wraz z dzierżawą analizatora do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/13/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów kasetkowych do jednoczesnego wyrywania narkotyków opisanych w SIWZ, w moczu o niższych (lepszych punktach odcięcia). Niższe punkty odcięcia oznaczają większą czułość testów, co zapewni wykrycie narkotyków w przypadku niższego stężenia narkotyku w próbce moczu, testy o niższych punktach odcięcia dają również większą pewność co do uzyskanego wyniku.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kasetki do wykrywania narkotyków w moczu o niższej czułości niż opisane w SIWZ.**

Pytanie 2: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 3: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 4:

Wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 5 ust. 4 mówiącego o nie wstrzymywaniu dostaw w razie zaległości płatniczych Zamawiającego.

Zapis tak sprzeczny jest z art. 14 ustawy (art. 353 ze znaczkami 1, art. 552 kodeksu cywilnego). Zamawiający dokonał ograniczenia praw. Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązani Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie realizować kolejne zamówienia, mimo, że za poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie

Pytanie 4: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 4:

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację wzoru umowy w § 5 ust. 4 umożliwiającym Zamawiającemu wstrzymanie dostaw w przypadku występowania faktur o przeterminowaniu większym niż 30 dni w/s do daty wymagalności zapłaty?

Pytanie

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5: Dotyczy Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez zmianę odsetek ustawowych za opóźnienie na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Pytanie

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle tejże ustawy odsetki powinny być w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Komisja Przetargowa informuje, iż we Wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ zmieniła zapis o treści „odsetek ustawowych za opóźnienie” na zapis o treści „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”.

Pytanie 6: Dotyczy Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści test o czułości dla OPI/MOP-morfina 300 ng/ml, pozostałe parametry jak w SIWZ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania testy dla OPI/MOP o czułości 300 ng/ml.

Pytanie 7: Dotyczy Zestawienia parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 4:

Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści manualny odczyt barwy moczu?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Komisja Przetargowa informuje, iż w związku z odpowiedziami na pytania przedłuża termin składania ofert na dzień 28.06.2019 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Aleksandra Bojarska
Aleksandra Bojarska