



ZP.261.54.2.2019

Uczestnicy postępowania ZP-PN/33/19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/33/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1

1. *Dot. poz.4. Czy zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200 cm- o przekroju standardowym i nebulizatorem o pojemności 6 ml, typ prosty, wykonaną z nietoksycznego materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją użytkowania), sterylne, rozmiary S-XL, rozmiar XS dla niemowląt, rozmiar S-M dla dzieci oraz rozmiar L-XL dla dorosłych. ?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza maskę o ww. parametrach.**
2. *Dot. Pozycja 4, 7 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem o długości 210cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że w pozycji 4 dopuszcza maskę tlenową z nebulizatorem i drenem o długości 210 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Ponadto informujemy, że zadanie nr 1 posiada 5 pozycji.**

Zadanie nr 2

3. *Dot. poz. 3. Czy zamawiający dopuści podkład z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, o gramaturze 25 g/m2 (+/-5)?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
4. *Dot. poz. 3. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem w górę do globalnej ilości zapotrzebowania Zamawiającego.**
5. *Dot. poz. 6. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem w górę do globalnej ilości zapotrzebowania Zamawiającego.**
6. *Dot. poz. 7. Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
7. *Dot. poz. 7. Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
8. *Dot. poz. 7. Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania rolki wykonane ze 100% czystej celulozy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

9. *Dot. poz. 7. Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
10. *Dot. poz. 7. Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
11. *Dot. poz. 7. Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wykonanie podkładów w 100% z czystej celulozy.**
12. *Dot. poz. 7. Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza podkład medyczny posiadający gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m².**
13. *Dot. poz. 7. Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
14. *Dot. poz. 7. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
15. *Dot. poz. 7. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
16. *Dot. poz. 7. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
17. *Dot. poz. 7. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza podkład o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2x warstwa bibuły i 1x warstwa folii, nieprzemakalny.**
18. *Dot. poz. 8. Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 48 cm perforacja, 40 sztuk blistrów na rolce, pozostałe wymagania bez zmian?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania podkład 33 cm szerokości x 48 cm perforacja, 40 szt. blistrów na rolce z przeliczeniem w górę do globalnej ilości zapotrzebowania Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**
19. *Dot. poz. 9. Czy zamawiający wymaga śliniaki stomatologiczne o wymiarze 38 cm x 48 cm (+/- 1cm), składający się z dwóch warstw bibuły przedzielonych warstwą folii, troki w górnej części, dolna część zakończona kieszenią (+14 cm), pakowane po 50 lub 100 szt.?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
20. *Dot. poz. 9. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 lub 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 lub 50 szt. z przeliczeniem w górę do globalnej ilości zapotrzebowania Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**
21. *Dot. poz. 10. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem w górę do globalnej ilości zapotrzebowania Zamawiającego.**
22. *Dot. poz. 13. Czy zamawiający dopuści higieniczny podkład o chłonności 550 ml?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**



„A”

23. Dot. poz. 13. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem w górę do globalnej ilości zapotrzebowania Zamawiającego.
24. Dot. poz. 1-3,6-10,13. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,6-10,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
25. Dot. poz. 1-13. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na pojedyncze pozycje?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
26. Dot. poz. 5. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
27. Dot. poz. 7. Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją 37,5cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
28. Dot. poz. 12. Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm podfoliowany, z wkładem chłonnym w rozmiarze 50x208cm, wykonany z warstw:
1. włóknina polipropylenowa,
 2. warstwa celulozowa,
 3. pulpa celulozowa z SAP (superabsorbent),
 4. warstwa celulozowa,
 5. folia PE?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
29. Dot. poz. 12. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
30. Dot. poz. 13. Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 3

31. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach: Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane, rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m², opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem, opakowanie foliowe?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
32. Dot. poz. 2. Czy Zamawiający oczekuje masek wielorazowych?
- Komisja Przetargowa informuje, że Zamawiający oczekuje masek jednorazowych.
33. Dot. poz. 2. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
34. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjki wykonane z podkładów watinowych o gramaturze 70 g/m² z obu stron?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza myjki wykonane z podkładów watinowych o gramaturze 70 g/m² z obu stron. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
35. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści myjko w rozmiarze 17 x 24 cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza myjki w rozmiarze 17 x 24 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

36. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniaco na skórę pacjenta?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza myjki zgrzewane termicznie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
37. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?
- Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.
38. Dot. poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji może obniżyć wartość zamówienia?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
39. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści z tkaniny włókninowej o gramaturze włóknina 100g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
40. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 16x23 cm (+/-5%)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 4

41. Dot. poz.1. Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:
1. Serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300 x 175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizator przewodów 1
 2. Serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200 x 260 cm z wycięciem „U” o wymiarach 20 x 102cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej 1
 3. serweta na stolik 150 x 190cm 1
 4. ręczniki chłonne 18x25 cm 4
 5. taśmy samoprzylepne 9 x 49cm 2
 6. wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145cm 1
 7. serweta chirurgiczna 75 x 90 cm 1
 8. osłona na kończynę 32 x 102 cm 1
 9. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm 1
- Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zestaw o ww. parametrach.
42. Dot. poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę 230x315 cm o odporności na rozerwania na sucho/mokro: 190/102 w strefie krytycznej i odporności na przenikanie płynów >150 cm H₂O
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza serwetę 230x315 cm o odporności na rozerwania na sucho/mokro: 190/102 w strefie krytycznej i odporności na przenikanie płynów >150 cm H₂O.
43. Dot. poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:
- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający duży worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów | 175/250x300 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka | 90x120 | 1 |
| 3. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną | 50x50 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zestaw o ww. składzie.

44. Dot. poz. 7. Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

Opis	Ilość	Szt.
1. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną.....	75x75	1
2. serweta chirurgiczna.....	75x90	1
3. serweta chirurgiczna pod pośladki.....	85x120	1
4. osłony na kończyny.....	75x120	2
5. serweta - owinięcie noworodka.....	100x100	1
6. ręczniki chłonne.....	18x25	2
7. taśma samoprzylepna.....	9x49	1
8. serweta na stolik - (owinięcie zestawu).....	150x190	1

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zestaw o ww. składzie.
45. Dot. poz. 8. Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną o wymiarach 9x49 cm
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza taśmę lepną o wymiarach 9x49 cm.
46. Dot. poz. 9. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140x190 cm. Serwety o odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 69/52 kPa w strefie krytycznej, - odporność na przenikanie płynu: 127 cm H₂O
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza serwetę na stolik o ww. parametrach.
47. Dot. poz. 3. Czy zamawiający dopuści Zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:
- serweta o wymiarach 180x320 cm posiadająca otwór w kształcie prostokąta o wymiarach: 35x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy - szt. 1,
 - serweta - owinięcie noworodka w postaci podkładu chłonnego w rozmiarze 90x60 cm. - szt. 1,
 - osłona na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 65x85 cm - rozmiar całkowity- min 79x145 cm - szt. 1,
 - ściereczki chłonne rozm. 20x40 - szt. 2,
 - serweta owinięcie 150x190 cm- przykrycie na stolik instrumentalny- szt. 1.
- Zestaw wykonany z dwuwarstwowego, chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795. Zestaw musi być wykonany z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 56 g/m²
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zestaw do cięcia cesarskiego o ww. składzie.
48. Dot. poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieszeni na płyny w rozm. 40x30 cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza kieszeń na płyny w rozm. 40x30 cm.
49. Dot. poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozm. 75x45 cm? Pozostałe zgodnie z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza serwety w rozm. 75x45 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
50. Dot. poz. 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozm. z otworem 8 cm? Pozostałe zgodnie z SIWZ
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza serwety w rozm. z otworem 8 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
51. Dot. poz. 7. Czy zamawiający dopuści zestaw do porodu naturalnego o składzie:
- serweta w kształcie worka pod pośladki wykonana z laminatu folii i włókniny o gr. min. 56 gr/m² w rozmiarze 113x90 cm z zakładką o szer. 36 z miejscem na dłoń w celu jałowego ułożenia 1 szt
 - serweta do wytarcia noworodka w rozmiarze 60x80 cm wykonana z włókniny kompresowej 1 szt
 - serweta owinięcie zestawu 150x90 cm 1 szt.
 - serwetki do rąk 25x20 cm 6 sz, - podkład chłonny do owinięcia noworodka 60x90 cm 1 szt.,
 - podkład chłonny 60x60 cm 1 szt. chłonność min. 1400 ml, potwierdzony kartą danych technicznych dołączoną do oferty
 - Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zestaw do porodu naturalnego o ww. składzie.

52. Dot. poz. 9. Czy zamawiający dopuści Zestaw uniwersalny do krótkich procedur, który nie jest pakowany próżniowo? Zestaw pakowany jest tak, jak pozostałe zestawy kupowane przez Zamawiającego.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zestaw uniwersalny do krótkich procedur który nie jest pakowany próżniowo.

Zadanie nr 5

53. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z powłoką antybakteryjną w postaci gładkiej powierzchni wewnętrznej, zapobiegającej zaleganiu się bakterii?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
54. Dot. poz. 2. Prosimy o dopuszczenie zestawu do mocowania rurki intubacyjnej, zestaw:
- Dwuczęściowy z możliwością regulacji, łączony na rzep
 - Zestaw z trzema mocowaniami.
 - Pełna regulacja pozwala na dopasowanie do szyi pacjenta
 - Pętlo-zaczep zapewnia pewne mocowanie.
 - Bardzo delikatne materiały zapobiegają otarciom.
 - Nie zawiera lateksu.
 - Wymiary:
Część mocująca dookoła głowy: długość – 38cm , szerokość – 4,4cm
Część mocująca rurkę: długość – 29cm
 - Wyprodukowane w Anglii, oznaczenie CE.
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
55. Dot. poz. 6. Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 9.5 g?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza filtr o masie 9,5 g.
56. Dot. poz. 7. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dwoma gałęziami o długości 180 cm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza układ oddechowy z dwoma gałęziami o długości 180 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
57. Dot. poz. 8. Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, jednorazowego użytku, wykonane z medycznego PCV, spełniający pozostałe wymagania?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
58. Dot. poz. 8. Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z silikonu, spełniający pozostałe wymagania?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza maski anestetyczne wykonane z silikonu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 6

59. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania pod warunkiem **bezpłatnego doposażenia szpitala**, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).
- system nasz charakteryzuje się pojemnikami wielorazowego użytku bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi co 100 ml. Pojemniki z przezroczystego tworzywa o dużej wytrzymałości, przystosowane do mycia mechanicznego oraz sterylizacji. Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami o pojemności 1L,2L według zapotrzebowania Zamawiającego.
 - wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i miłnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, odporny na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, zatyczka na port pacjenta, data ważności i numer serii umieszczony na każdym wkładzie. Wkłady częściowo sprasowane dla ograniczenia powierzchni magazynowania. Pojemniki i wkłady o kształcie okrągłym.
- Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

60. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5,6mm?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

61. Dot. poz. 1. Czy Zamawiający dopuści opakowanie drewna folia-papier oraz z wkładem folia-folia?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza opakowanie drewna folia-papier oraz z wkładem folia-folia. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Dot. zapisów SIWZ

62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

- Komisja Przetargowa informuje, że w powyższym przypadku dopuszcza złożenie Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych: „Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

63. Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy - [załącznika nr 3 do SIWZ], poprzez nadanie [par. 7 ust. 1] następującego brzmienia:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Za zwłokę w wykonaniu zamówienia- opóźnienia dostawy- w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust.4, nie więcej jednak niż wartość dostawy;

2. (...)

Naliczanie kary umownej jako procentu wartości całej umowy jest właściwe dla umów wykonywanych jednorazowo. W przypadku umów realizowanych częściami niezasadne jest obciążanie wykonawcy dokładnie taką samą karą za zwłokę w dostawie zamówienia o dużej wartości, jak przy zamówieniu o bardzo niewielkiej wartości. Ponadto opóźnienie w realizacji części zamówienia skutkować może naliczeniem kary przewyższającym wynagrodzenie wykonawcy z tytułu takiej dostawy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego [IV CSK 644/12] kara umowna równa bądź zbliżona do wartości wynagrodzenia wykonawcy może być uznana za rażąco wygórowaną i podlega miarkowaniu. W celu uniknięcia podpisywania umowy z postanowieniami, których treść może zostać w przyszłości zakwestionowana przez sąd, prosimy o zmianę projektu umowy zgodnie z przesłaną propozycją.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkalkuluje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.

64. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Komisja Przetargowa informuje, że w § 4 ust. 5 Wzoru umowy dodano następujący zapis: „W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada danego asortymentu, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednik o parametrach nie gorszych niż asortyment objęty zamówieniem po cenie nie wyższej niż obowiązująca cena

przetargowa. Jeżeli Wykonawca nie posiada odpowiedniego asortymentu jest zobowiązany zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie jednego dnia a następnie obowiązany jest zwrócić różnicę cen, jeżeli zamawiany asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

65. Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (par. 2 ust. 2)?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
66. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w §7 ust. 1 pkt 1) wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkałkuje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.
67. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w §7 ust. 1 pkt 2) wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający wskazuje, iż kara jest to środek represyjny, określona przepisami prawa dolegliwość dla podmiotu prawa będąca sankcją za niepodporządkowanie się normom prawnym, tak więc z samej definicji kara powinna być dolegliwa. Obniżenie wysokości kar umownych do poziomu proponowanego przez Wykonawcę mogłoby spowodować, że w przetargu ofertę złoży i zostanie wybrany nierzetelny Wykonawca, który kary w minimalnej wysokości wkałkuje w cenę oferty, działając na szkodę Zamawiającego. Zamawiającemu natomiast zależy na harmonijnej współpracy z rzetelnym, solidnym Wykonawcą.
68. Czy Zamawiający zgadza się, aby przed rozwiązaniem umowy na mocy §6 Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do należytej realizacji umowy?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
- Komisja Przetargowa informuje, że w § 6 Wzoru umowy dodano następujący zapis:
„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych.”

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w SIWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ. Zmieniona SIWZ oraz Arkusz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Leszek Kaiser