




SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, dn. 10.09.2019 r.

ZP.261.67.1.2019

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/41/19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawy szwów chirurgicznych**. Znak sprawy: ZP-PN/41/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

I. PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dot. Zadania nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające w czasie do 70 dni, poliflamentowe, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, wykonane z kopolimeru 90% glikolidu i 10% l-laktydu, powlekane mieszką glikolidu i l-laktydu (30/70) 50% i stearynianem wapnia 50%?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. **Pakiet nr 1, wszystkie pozycje:** Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie nici chirurgicznych są wykonanych z kopolimeru Lactomer™, który jest syntetycznym poliestrem złożonym z glikolidu i laktydu (uzyskiwanych z kwasu glikolowego i kwasu mlekowego). Nici są powleczone mieszką kopolimeru kaprolaktonu bądź glikolidu oraz stearynianem wapnia. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi około 140% wstępnej minimalnej wartości siły węzła USP i EP oraz około 80% po dwóch tygodniach i ponad 30% po trzech tygodniach od zastosowania. Wchłanianie rozpoczyna się utratą wytrzymałości na rozciąganie bez istotnej utraty masy. Całkowite wchłonięcie następuje między 56 a 70 dniem od zastosowania.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 szwy wchłaniające w czasie 56 – 70 dni, poliflamentowe, składające się z kopolimeru kwasów glikolowego i mlekowego, powlekanego kopolimerem kwasów glikolowego i mlekowego ze stearynianem wapnia. Szwy zachowują 65 % początkowej wytrzymałości po dwóch tygodniach po implantacji i ponad 40 % po trzech tygodniach, charakteryzują się efektywnym czasem podtrzymania tkankowego 28/35 dni?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści nici chirurgiczne – Nić pleciona wchłanialna okres podtrzymywania tkanki 28 -35 dni, całkowity okres wchłaniania szwu od 56-70 dni, z powleczeniem glacerem 37 i stearynianem wapnia (skład oraz powleczenie nici potwierdzone ulotką użytkowania)
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Dotyczy pakietu 1 poz 1 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 38 mm wzmocnionej okrągłej o zakończeniu krótkim tnącym typu CC
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 1 poz. 2a nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 poz. 3a igłę 26mm oraz nić 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Dotyczy pakietu 1 poz 3a oraz b Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 30 mm wzmocnionej okrągłej o zakończeniu krótkim tnącym typu CC
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 3c szew wchłanialny w czasie 60 – 90 dni, polifilamentowy o czasie podtrzymania tkankowego ok. 65 % po 2 tygodniach oraz ponad 40% po trzech tygodniach, wykonany z kwasu glikolowego powleczony e-kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 1 poz. 4b nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Zamawiający dopuszcza.
11. Dotyczy pakietu 1 poz 5 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 22 mm okrągłej o zakończeniu krótkim tnącym typu CC
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12. Dotyczy pakietu 1 poz 7a Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 38 mm wzmocnionej okrągłej o zakończeniu krótkim tnącym typu CC
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 1 poz. 7a igły tnącej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.