



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, dn. 18.09.2019 r.

ZP.261.74.1.2019

**Uczestnicy postępowania
ZP-PN/47/19**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawę sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansu ratunkowego typu „C”**. Znak sprawy: ZP-PN/47/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Dotyczy Zadania 1:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści respirator transportowy renomowanego europejskiego producenta model Medumat Standard 2 przystosowany do wentylacji okresowej, z jednym ekranem do ustawiania parametrów wentylacji i monitorowania, bez zintegrowanego źródła zasilania, zasilany tylko złączem wysokociśnieniowym o ciśnieniu 2.7 do 6 bar spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin dostawy ?

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że dostawa nastąpi nie później niż do 10 grudnia 2019 r.

3. PKT. 10 Czy Zamawiający dopuści respirator zasilany prądem stałym 12 VDC bez opcji 15VDC?

Zamawiający dopuszcza.

4. PKT. 12 Czy w miejsce wymaganych trybów Zamawiający dopuści respirator wyposażony w następujące tryby oddechowe: VCV/VCV-AC, PCV/PCV-AC, PLV-AC, V-SIMV + PS, P-SIMV + PS; SUI/PAP/APRV, CPAP/PSV; NIV?

Zamawiający dopuszcza.

5. PKT. 13 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Zamawiający dopuszcza.

6. PKT. 14 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający na wykonanie przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym cyklu wentylacji CPAP/PSV?

Zamawiający dopuszcza.

7. PKT. 26 Czy Zamawiający dopuści respirator komunikujący się za pomocą języka angielskiego, którego dokładny opis znajduje się w instrukcji obsługi załączonej do aparatu?

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy krzesło transportowe o wadze 11,2 bez systemu zjazdu i wjazdu, 25 kg z systemem automatycznego wjazdu i zjazdu o udźwigu 250 kg, nie wymagającym dźwigania przez personel medyczny ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Zamawiający w pkt. numer 2 opisał przedmiot zamówienia w następujący sposób: „Z gaśnicowym systemem trakcyjnym oraz układem akumulatorowym”, a w pkt. numer 5 postawił wymóg: „średnica tylnych kół min. 150 mm”. (...) W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności krzeselka Stryker Stair-PRO model 6252, które poza wyżej przytoczonymi cechami spełnia pozostałe zapisy SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Termin składania ofert został przedłużony do 23.10.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.10.2019 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

P.O. KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Eliza Kruk