



Uczestnicy postępowania ZP-PN/39/19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/39/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy, sterylny zestaw do ekstyrpacji żył typu Nabatoff, składający się z rozszerzadła/oliwek do żył o średnicy 9,5 mm, 12,8 mm, 15,4 mm, wraz z plastikową linką i plastikowym uchwytem?
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 8

2. Poz. 1. Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 12

3. Czy Zamawiający dopuści: Poz.1 - szczotka do czyszczenia kanałów endoskopowych. Jednorazowe, wykonane z tworzywa sztucznego, posiadająca dwustronnie zamontowane wyciory (na początku szczotki sztywny, drugi miękki nie krótszy niż 40cm) szczotka długości 230 cm o średnicy 5mm.
Poz 2 - szczotka długości 260cm o średnicy 5mm.
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Dot. punktu 1. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę czyszczącą jednorazową dwustronną o długości 2300mm, średnica narzędzia 2,4 mm; główka 1: długość szczoteczki 30 mm, szerokość szczoteczki 10 mm, długość włosia 5 mm; główka 2: długość szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 6 mm, długość włosia 3mm?
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Dot. punktu 2. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę jednorazową o długości 2800 mm, średnica szczoteczki 3,0 mm?
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowe szczoteczki o poniższej charakterystyce: Szczotka do mycia jednorazowego użytku (jedna strona do kanału, druga strona do zaworów); dł kateteru 240cm, średnica 1.65mm; dł szczotki kanałowej 13mm, śr. 5mm, dł szczotki gniazdowej 40mm, śr 10mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 14

7. Czy Zamawiający mógłby wydzielić do kolejnego p/punktu w tabelce zamawiany dren wielorazowy silikonowy do F112 (20x)?
- Komisja Przetargowa informuje, że utworzono pkt 2 dla drenu wielorazowego silikonowego – 20 szt.

Zadanie nr 16

8. Dot. poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z aparatem CPAP Infant Flow w skład którego wchodzi:

Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP, podgrzewany odcinek wdechowy 1 x 120 cm, średnica 10 mm, z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850), linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha), Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora. Generator nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S, M, L), Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątne, jednorazowa komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody kompatybilna z nawilżaczem typ F&P MR 850 lub układ bez komory nawilżacza. Generator / przyłączy pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową. Przystosowany do zamocowania na opasce, kołyska do zamocowania generatora na opasce, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. Do wyboru przy zamówieniu. Wykonany z PCV bez lateksu wraz z opaskami (uprząże) do generatorów oddechów CPAP IF posiadające rzepy, dzięki którym w bardzo łatwy sposób można dokonać ewentualnej repozycji opaski na głowce w celu wykonania, na przykład wklucia. Dodatkową zaletą opaski zaoferowanej przez nas jest fakt, iż dzięki odkrytej powierzchni głowy można prowadzić fototerapię, gdzie głowa noworodka jest tą częścią ciała, która najlepiej i najskuteczniej chłonie fale ultrafioletowe w celu eliminacji bilirubiny podczas fototerapii. Kompatybilne z układem oddechowym z pozycji .uprząże w rozmiarach

- 18-22 cm,
- 22-26 cm,
- 26-30 cm,
- 30-36 cm,
- 36-42 cm.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 16 w pozycji 4 układu z generatorem o poniższych parametrach:

Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem mocowanym na zaczepie kołyskowym, przeznaczony dla noworodków i wcześniaków.

Układ kompatybilny z aparatem Infant Flow SiPAP oraz nawilżaczem typu MR850 ARU.

Skład zestawu:

UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 140 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Etykieta układu zawierająca datę ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP, BPA

GENERATOR - wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający cztery dysze zasilane mieszanką powietrze-tlen o ciśnieniu około 60 cm H₂O, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przejrzystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprząży), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bilsfenolu,

- wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
- wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,
- wąż łączący aparat z nawilżaczem o \varnothing wewnętrznej 10 mm oraz długości minimum 55 cm,
- końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu w różnych rozmiarach S; M; L; oznaczone kolorami i literami. Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą. Generator umożliwiający podłączenie zarówno paskowego mocowania pacjenta jak i czapeczki.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 16 w pozycji 5 komór o poniższych parametrach:

Komora z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający, komora posiadająca dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Komora przeznaczona do użytku przez 14 dni, posiadająca datę ważności na opakowaniu.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza komorę o ww. parametrach.**

Zadanie nr 18

11. Poz. 1, 2, 3. Prosimy o podanie modelu monitora Spacelabs.

- **Model: Medical, PC-SCOUT, rok produkcji 1998.**

12. Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie czujnika z połączeniem bezpośrednim do monitora (dł. przewodu 3m)

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania czujnik z połączeniem bezpośrednim do monitora (dł. przewodu 3m.).**

Zadanie nr 22

13. lp.1.A. Czy Zamawiający dopuści koc dla dorosłych na całe ciało 2270 x 1330 mm?

lp.1.B. Czy Zamawiający dopuści koc pediatryczny na całe ciało 1660 x 1330 mm ?

lp.1. W instrukcji urządzenia producent jednoznacznie stwierdza, że dla bezpieczeństwa pacjenta ogrzewacze Mistral Air mogą być używane wyłącznie z dedykowanymi kocami Mistral Air czy Zamawiający będzie wymagał dokumentu producenta urządzenia potwierdzającego kompatybilność oferowanych kocy z systemem Mistral Air?

- **Komisja Przetargowa informuje, że w lp. 1.A, 1.B dopuszcza do zaoferowania koce o ww. parametrach. W lp.1 Zamawiający wymaga dokumentu producenta urządzenia potwierdzającego kompatybilność oferowanych kocy z systemem Mistra Air.**

14. Pozycja nr 1.A-1.E. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca do ogrzewacza bez pasów do mocowania, z ilością otworów zależną od proponowanego modelu, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

15. Pozycja nr 1.A. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 210x120cm z jednym otworem do przyłączenia urządzenia?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o rozmiarze 210x120 cm z jednym otworem do przyłączenia urządzenia.**

16. Pozycja nr 1.B. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 170x100cm z jednym otworem do przyłączenia urządzenia?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o rozmiarze 170x100 cm z jednym otworem do przyłączenia urządzenia.**

17. Pozycja nr 1.C. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca na górną część ciała – dwie ręce odwiedzone o rozmiarze 195x64cm z dwoma otworami do przyłączenia urządzenia?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc na górną część ciała – dwie ręce oddzielone o rozmiarze 195x64 cm z dwoma otworami do przyłączenia urządzenia.**

18. *Pozycja nr 1.C. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca na górną część ciała – dwie ręce odwiedzione o rozmiarze 220x80cm z czterema otworami do przyłączenia urządzenia?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc na górną część ciała – dwie ręce odwiedzione o rozmiarze 220x80 cm z czterema otworami do przyłączenia urządzenia.**
19. *Pozycja nr 1.D. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 215x100cm z jednym otworem do przyłączenia urządzenia?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o rozmiarze 215x100 cm z jednym otworem do przyłączenia urządzenia.**
20. *Pozycja nr 1.E. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca pod całe ciało o rozmiarze 215x100cm z jednym otworem do przyłączenia urządzenia?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc pod całe ciało o rozmiarze 215x100 cm z jednym otworem do przyłączenia urządzenia.**
21. *Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie kocy o następujących parametrach: zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta*
- *wykonane z miękkiej tkaniny*
 - *strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty*
 - *unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza*
 - *mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)*
 - *odporne na płyny*
 - *brak zawartości lateksu*
 - *przezierne dla promieni RTG*
 - *uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą wiązania)*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koce o ww. parametrach.**
22. *Poz. 1A. Prosimy o dopuszczenie koca na całe ciało pacjenta dorosłego w rozmiarze 195 x 100 cm*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc na całe ciało pacjenta dorosłego w rozmiarze 195x100 cm.**
23. *Poz. 1C. Prosimy o dopuszczenie koca na połowę górnej części ciała - jedna ręka odwiedzona w rozmiarze 192 x 57 cm*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc na połowę górnej części ciała – jedna ręka odwiedzona w rozmiarze 192x57 cm.**
24. *Poz. 1D, 1E. Prosimy o dopuszczenie koca na całe ciało – tuba pod pacjenta w rozmiarze 217 x 91 cm*
- **Komisja Przetargowa informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza do zaoferowania koc na całe ciało o rozmiarze 217x91 cm.**

Zadanie nr 25

25. *Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści ustnik o długości 68 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ustnik o długości 68 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**
26. *Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści ustnik o długości 70 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ustnik o długości 70 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

Zadanie nr 27

27. Dot. poz. 1-5. Czy Zamawiający wymaga, aby produkty były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
- Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.
28. Dot. poz. 3. Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos, dwudrożny, o ergonomicznie gładkiej, miękkiej, delikatnej części donosowej, dł. drenu 200 cm, produkt czysty mikrobiologicznie?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania cewnik do podawania tlenu przez nos o ww. parametrach.
29. Dot. poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 27 pozycje nr 5 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
30. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania produkt mikrobiologicznie czysty.
31. Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części) w zestawie z maską aerzolowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się do zaferowania nebulizator o ww. parametrach.
32. Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5 celem zwiększenia ilości a zarazem konkurencyjności składanych ofert.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 29

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wężyków spiralnych o długości 1,5m z limitem ciśnienia do 300PSI, które to jest w zupełności wystarczające podczas wykonywania procedur TK?
- Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku w/w ograniczenia.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ. Zmieniony Arkusz asortymentowo cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Leszek Kaiser