



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



ZP.261.17.1.2020

Lębork, dn. 19.03.2020 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/09/20

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawy odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego** Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/09/20.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Dotyczy zadania nr 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby podłoża badane były w zewnętrznym laboratorium akredytowanym ?

Zgodnie z SIWZ – Zamawiający **nie odstąpi** od wymogu, aby podłoża były badane w zewnętrznym laboratorium akredytowanym.

2. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy dokumenty wymienione w punkcie 5C rozdziału IV należy dostarczyć z ofertą czy też zgodnie z zapisem punktu 2 rozdziału IX na wezwanie.

Zgodnie z zapisem Rozdziału I SIWZ podrozdział „Informacje i wymagania dodatkowe” pkt. 1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tak więc wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty należy dołączyć do oferty.

3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty podpisanej podpisem certyfikowanym drogą elektroniczną (mailową).

Zamawiający nie dopuszcza.

4. **Zadanie nr 3** Poz. 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje testy o czułości i swoistości 99%, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuści testy o czułości i swoistości 99%. spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

5. **Zadanie nr 3** Poz. 5 – Czy Zamawiający zaakceptuje testy o czułości dla norowirusów 97,2%, specyficzności dla rotawirusów 99,9%, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuści testy o czułości dla norowirusów 97,2%, specyficzności dla rotawirusów 99,9%, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

6. **Zadanie nr 3** Poz. 4, 5 – Czy pisząc wymazówki Zamawiający ma na myśli próbki z buforem ze spiralną szpatułką / pobierakiem do nakłuc i pobierania próbek kału?

Tak.

7. **Zadanie nr 3** Poz. 9 – Czy Zamawiający zaakceptuje odczynnik RF latex o czułości 30 IU/ml?

 „A”

Zamawiający nie dopuści odczynnika RF latex o czułości 30 IU/ml.

8. **Zadanie nr 3** Poz. 11 – Czy Zamawiający zaakceptuje testy pakowane po 20 sztuk?

Zamawiający dopuści testy pakowane po 20 sztuk.

9. Czy Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę wewnątrzlaboratoryjną do wszystkich wymienionych w zad 5 testów na dwóch poziomach?

Kontrola zgodnie z zaleceniami producenta testu, tak proszę przeliczyć testy.

10. W przypadku testów wykonywanych w niewielkich ilościach w ciągu trwania umowy, tzn.: - Epstein Baar Early Antigen w klasach IgG i IgM, każdego po 40 oznaczeń w ciągu 24 miesięcy; - Chlamydia Trachomatis w klasach IgG i IgA w ilości po 100 oznaczeń w ciągu 24 miesięcy. Prosimy o podanie częstotliwości wykonywania w/w testów w celu poprawnego wyliczenia ilości kontroli i kalibracji oraz poprawnego wyliczenia ilość opakowań pozwalających zabezpieczyć Zamawiającego przez czas trwania umowy.

Ze względu na brak danych na temat wykonania lub niewielkiej ilości zleczonych badań proszę przyjąć dane: Epstein Baar Early Antigen w klasach IgG i IgM, - nowe badanie brak danych na temat zlecalności - może być po 10 testów na kwartał; Chlamydia Trachomatis w klasach IgG i IgA - może być po 25 testów na kwartał.

11. Czy w pozycji nr 5 pakietu nr 3 Zamawiający dopuści test o następujących parametrach: dla Rotawirusów 100%, dla Adenowirusów 100%, dla Norowirusów 96,2%. Specyficzność: dla Rotawirusów 98,4 %, dla Adenowirusów 100%, dla Norowirusów 100% - porównanie względem metody RT-PCR?

Zamawiający dopuści.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyszczególnienie w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkich materiałów eksploatacyjnych, podanie ich cen jednostkowych oraz numerów katalogowych zamiast traktowanie całości jako 1 kompletu? Ułatwi to późniejsze zamawianie ich przez Zamawiającego.

Zamawiający **wymaga**, aby Wykonawca w Zadaniu nr 4 poz. 18 oraz w Zadaniu nr 5 poz. 21 wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie materiały eksploatacyjne, podał ich ceny jednostkowe oraz numery katalogowe.

13. Dotyczy Zadanie nr 3. Czy w Pozycji numer 1 Zamawiający dopuści kontrolę dodatnią w postaci proszku, która po dodaniu 0,5 ml wody lub 1 × PBS jest gotowa do użycia ?

Zamawiający nie dopuści kontroli dodatniej w postaci proszku.

14. Dotyczy Zadanie nr 3. Czy w Pozycji numer 2 Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale, o czułości 98,8% i specyficzność 98,4 % w porównaniu z metodą endoskopową?

Zamawiający nie dopuści.

15. Dotyczy Zadanie nr 3. Czy w Pozycji numer 3 Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale, o czułości 95%,swoistości 97,7%? dla Rotawirusów czułość: 97,3%

Zamawiający nie dopuści.

16. Dotyczy Zadanie nr 3. Czy w Pozycji numer 5 Zamawiający dopuści test o parametrach: dla Rotawirusów czułość: 97,3% specyficzność: 97,1% dla Adenowirusów czułość: 95,2%

„A”

specyficzność: 97,7% względem testu lateksowego Dla Norowirusów czułość: 99,9%
specyficzność: 98,1% względem innego testu?

Zamawiający nie dopuści względem testu lateksowego.

17. Dotyczy Zadanie nr 3. Czy Zamawiający w Pozycji 11 dopuści test do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciw *Helicobacter pylori* w surowicy/osoczu, którego czułość wynosi 96,8%, a swoistość wynosi 93,0% ?

Zamawiający nie dopuści.

18. Dotyczy Zadanie nr 3. Czy w Pozycji 12 Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu astrowirusa w próbkach kału o czułości 97.1% , swoistości 97.2%?

Zamawiający nie dopuści.

19. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kontroli do testu wykrywającego antygen *Streptococcus gr A* w gardle ?

Zamawiający nie odstąpi od wymogu dostarczenia kontroli do testu.

20. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie testu H. pylori Ab w opakowaniu po 20 szt.?

Zamawiający dopuści testy pakowane po 20 sztuk.

Z poważaniem
Członek Komisji Przetargowej

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Laboratorium Mikrobiologicznego

mgr Łukasz Ciaś